Laboratorio HF

El laboratorio de HF de Testo Industrial Services permite la calibración de magnitudes eléctricas de hasta 50 Ghz.



Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Analizador de espectro		**DAkkS**	hasta 50 GHz*	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 11	bajo petición
		ISO	hasta 50 GHz	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 11	bajo petición
Analizador de redes		**DAkkS**	en función del alcance del objeto de calibración	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 16	bajo petición
		ISO	en función del alcance del objeto de calibración	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 16	bajo petición
Generador de señal		**DAkkS**	hasta 50 GHz*	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 14	bajo petición
		ISO	hasta 50 GHz	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 5	bajo petición
LISN		**DAkkS**	en función del alcance del objeto de calibración	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 15	bajo petición
		ISO	en función del alcance del objeto de calibración	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 15	bajo petición
Atenuador/divisor		**DAkkS**	hasta 50 GHz*	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkkS	bajo petición
		ISO	hasta 50 GHz	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkkS	bajo petición

* hasta 26,5 GHz

(hasta 50 GHz previsto para 2012)

Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Kits de calibración		**DAkkS**	hasta 50 GHz*	Por comparación con patrón de referencia PTB (DAkkS/ENAC)	bajo petición
		ISO	hasta 50 GHz	Por comparación con patrón de referencia PTB (DAkkS/ENAC)	bajo petición
Receptores UHF-VHF		**DAkkS**	Según el equipo	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 12	bajo petición
		ISO	Según el equipo	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 12	bajo petición
Pistola de descarga ESD		**ISO**	Según el equipo	DIN EN 61000-4-2	bajo petición
Acoplador		**ISO**	Según el equipo	DIN EN 61000-4-6	bajo petición
Red de conmutación		**ISO**	Según el equipo	DIN EN 61000-4-6	bajo petición
Ráfaga/aumento EFT/ Fallo de energía		**ISO**	Según el equipo	DIN EN 61000-4-4	bajo petición
Pinzas absorbentes		**ISO**	Según el equipo	DIN EN 55016-1-3	bajo petición

! Si no encuentra su instrumento de medida o si desea un presupuesto para la calibración, no dude en ponerse en contacto con nosotros mediante nuestro formulario de abajo **www.testotis.es**
Dado el gran número de dispositivos de medida, es imposible mencionar todas las variaciones en este catálogo.