

## Aceleración

Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Acelerómetros, medi- dores de vibración		<b>DAKKS</b>	10 Hz a 10 kHz	El control se realiza de acuerdo con la directiva DKD-R 3-1	186,-
		<b>ISO</b>	0,2 Hz a 20 kHz	DIN ISO 16063-21	98,-