


Presión

Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Medidores de presión absoluta, presión diferencial, equipos de medida de sobrepresión posit. y negativa		DAKKS ENAC	$p_e = -1...1100 \text{ bar}$ $p_{abs} = 0,03...1101 \text{ bar}$	El control se realiza de acuerdo con la directiva DKD-R 6-1	110,-
		ISO	$p_e = -1...5000 \text{ bar}$ $p_{abs} = 0,001...5001 \text{ bar}$	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkkS	63,-