


Velocidad de aire

Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Anemómetro/tubo de Pitot		DAKKS	(0,1...50) m/s	Mediante anemómetro laser-dopler, flujo de calibrado libre	270,-
		ISO	(0,1...50) m/s hasta +25°C	Medida comparativa en túnel de viento Ø 350 mm	75,-