


Medida de flujo/balómetro

Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Balómetro		DAKKS	15 m ³ /h hasta 2000 m ³ /h	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares DAKKS	710,-
		ISO	15...2000) m3/h soplo (15...1000) m3/h aspiración	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares DAKKS	375,-